

Zala Megyei Kórház
Perinatalis Intenzív Centrum és Koraszülött Osztály
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós út 1.
Tel: 92/507-500 1375-ös mellék

Az Angelcare AC100 légzésfigyelő monitort osztályunkon 4 hónapja használjuk. A készüléket 1250-1500 gramm közötti, igen kis súlyú koraszülötteknél is biztonságosan alkalmaztuk. A készülék előírás szerint használva megbízhatóan jelezte a légzéskimaradást. E négy hónap alatt téves riasztást nem észleltünk.

Eddigi tapasztalataink alapján az Angelcare AC100 légzésfigyelő monitor az újszülöttek és koraszülöttek légzésének ellenőrzésére jól, biztonságosan alkalmazható.

Zalaegerszeg, 2004. december 15.



GYERMEKOSZTÁLY
NEONATÁLIS-INTENZÍV
RÉSZLEG
8900 Zalaegerszeg
Zrínyi M. u. 1. P.L: 24
Telefon: (92) 507-500
Fax: (92) 507-510/1375

Dr. Gárdos László
főorvos